

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. CHROMATOGRAF CIECZOWY LC-10 Shimadzu

- Transport z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Instytut Badawczy w Warszawie do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie.
- Instalacja urządzenia w LK KWP Rzeszów
- Wykonanie przeglądu
- Wymiana :
  - a. Kompletu uszczelek tłoka,
  - b. Kompletu Seal Peak,
  - c. Kompletu CHECK Valve in Ceramic . ASSY
  - d. Kompletu CHECK Valve OUT ASSY.VP
  - e. Kompletu Part Frit
  - f. ROTOR ASSY .6 PORT Valve
  - g. NEEDLE Seal. Injecion Port
  - h. Kompletu D2 Lamp.SPD
- Modyfikacja i usprawnienie systemu zabezpieczeń butelek eluentów i zbiorników odpadów na zlewki.

### 2. CHROMATOGRAFU GAZOWEGO GC-17 Shimadzu

- Wykonanie przeglądu okresowego;
- Zdiagnozowanie i usunięcie usterek związanych z pracą autosamplera;
- Modyfikacja podłączenia chromatografu do instalacji gazów laboratoryjnych;
- Wymiana części zużywalnych chromatografu m.in. filtry na linie gazowe, uszczelki.

Wymagane jest aby zlecenie zostało zrealizowane przez Usługodawcę będącego autoryzowanym przedstawicielem firmy Shimadzu. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o konieczności wymiany dodatkowych części lub wykonania dodatkowych usług, wraz z podaniem niezbędnych kosztów i czasu naprawy jeśli potrzeba taka zostanie stwierdzona w trakcie wykonywania przeglądów. Wykonana kompleksowa usługa ma zapewnić prawidłowe działanie ww. chromatografów.

BIEGLY  
Laboratorium Kryminalistycznego  
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie  
*Maciej Rymanowski*  
podkorp. dr Maciej Rymanowski  
świadectwo CLKP nr 0101